



Merkblatt zum Röntgenanlagebuch



Tubusröntengeräte

- Betriebsbewilligung
 - Besteht für jede Anlage eine separate Bewilligung?
 - Stimmt der Betriebsinhaber (Praxisinhaber/ Strahlenschutzbeauftragter)?
- Ist die Gebrauchsanweisung in der ortsüblichen Sprache?
- Ist das Konformitätszertifikat vorhanden?
- Ist die Abnahme-/Zustandsprüfung vorhanden und nicht älter als sechs Jahre?
- Sind die Belege der Konstanzprüfung nicht älter als ein Jahr?
- Sind alle Servicerapporte der Röntgenfachfirma abgelegt?



Panorama- Fernröntengeräte

- Betriebsbewilligung
 - Besteht für jede Anlage eine separate Bewilligung?
 - Stimmt der Betriebsinhaber (Praxisinhaber/ Strahlenschutzbeauftragter)?
- Ist der Strahlenschutzplan inkl. Berechnungstabelle abgelegt und ist er noch aktuell?
- Ist das Konformitätszertifikat vorhanden?
- Ist die Gebrauchsanweisung in der ortsüblichen Sprache?
- Ist die Abnahme-/Zustandsprüfung vorhanden und nicht älter als drei Jahre?
- Sind die Belege der Konstanzprüfung nicht älter als ein Jahr?
- Sind alle Servicerapporte der Röntgenfachfirma abgelegt?



Filmverarbeitung

- Ist die Gebrauchsanweisung in der ortsüblichen Sprache?
- Ist die Abnahme-/Zustandsprüfung nicht älter als ein Jahr?
- Ist die Abnahme-/Zustandsprüfung nicht älter als sechs Jahre wenn nur für Intraoralbilder geeignet?
- Sind die Belege der wöchentlichen Konstanzprüfung abgelegt?
- Sind alle Servicerapporte der Röntgenfachfirma abgelegt?



Die Prüfbilder dürfen, nach der jeweiligen Zustandsprüfung durch die Fachfirma, entsorgt werden.



JORDI RÖNTGENTECHNIK AG

Dammstrasse 70
CH-4142 Münchenstein

Tel. +41 (0)61 417 93 93
Fax +41 (0)61 417 93 94

www.rxtech.ch